

TDS3000, TDS3000B, and TDS3BATB Release Notes

Product Safety Notice

Tektronix has issued a Product Safety Notice to customers with TDS3000 and TDS3000B oscilloscopes, and TDS3BATB Lithium-Ion batteries to remove TDS3BATB batteries from all TDS3000 and TDS3000B oscilloscopes. The TDS3000B oscilloscope is safe when operated without the TDS3BATB battery.

Updated product and contact information will be on the following Web site:
<http://www.tek.com/service/safety/>

Avis de sécurité de produit

Tektronix a émis un Avis de sécurité de produit à l'attention des clients concernant les oscilloscopes TDS3000 et TDS3000B et les batteries au lithium-ion TDS3BATB. Les batteries TDS3BATB doivent être retirées de tous les oscilloscopes TDS3000 et TDS3000B. L'oscilloscope TDS3000B peut être utilisé en toute sécurité sans la batterie TDS3BATB.

Des informations mises à jour sur les produits et les contacts sont disponibles sur le site Web suivant : <http://www.tek.com/service/safety/>

Avviso relativo alla sicurezza dei prodotti

Tektronix ha emesso un avviso relativo alla sicurezza dei prodotti nel quale invita i clienti dotati di oscilloscopi TDS3000 e TDS3000B e di batterie agli ioni di litio TDS3BATB a rimuovere le batterie TDS3BATB da tutti gli oscilloscopi TDS3000 e TDS3000B. L'oscilloscopio TDS3000B è sicuro quando viene utilizzato senza la batteria TDS3BATB.

Informazioni aggiornate sui prodotti e sul contatto saranno disponibili presso il seguente sito Web: <http://www.tek.com/service/safety/>

Produktsicherheitshinweis

Tektronix hat einen Produktsicherheitshinweis für Kunden von Oszilloskopen der Serie TDS3000 und TDS3000B sowie von Lithiumionen-Batterien der Serie TDS3BATB herausgegeben, um Batterien der Serie TDS3BATB von allen Oszilloskopen der Serie TDS3000 und TDS3000B zu entfernen. Das Oszilloskop der Serie TDS3000B ist sicher, wenn es ohne die Batterie der Serie TDS3BATB betrieben wird.

Aktualisierte Produkt- und Kontaktinformationen befinden sich auf der folgenden Webseite: <http://www.tek.com/service/safety/>

製品安全に関する ご注意

当社では、TDS3000 シリーズまたは TDS3000B シリーズのオシロスコープで TDS3BATB 型リチウムイオン・バッテリーをお使いのお客様に、これらシリーズのすべてのオシロスコープから TDS3BATB 型バッテリーを取り外すようお願いする「製品安全に関するご注意」を発行しています。TDS3BATB 型バッテリーを使用しなければ、TDS3000B シリーズ・オシロスコープは安全にお使いいただけます。

製品と連絡先に関する最新情報は、当社 Web サイト (<http://www.tektronix.co.jp/service/safety/>) をご覧ください。



Aviso de segurança de produto

A Tektronix enviou um aviso de segurança de produto aos clientes que possuem os osciloscópios TDS3000 e TDS3000B e bateria de íon de lítio para que removam as baterias TDS3BATB de todos os osciloscópios TDS3000 e TDS3000B. O osciloscópio TDS3000B é seguro quando operado sem a bateria TDS3BATB.

Produto atualizado e informações do contato ficarão disponíveis no seguinte site: <http://www.tek.com/service/safety/>

产品安全通知

Tektronix 已向所有拥有 TDS3000 和 TDS3000B 示波器以及 TDS3BATB 锂离子电池的顾客就从所有 TDS3000 和 TDS3000B 示波器中拆除 TDS3BATB 电池发出了产品安全通知。TDS3000B 示波器在没有 TDS3BATB 电池的情况下操作是安全的。

最新产品和联络信息请查询以下网站：
<http://www.tek.com/service/safety/>

產品安全通知

Tektronix 已向所有擁有 TDS3000 和 TDS3000B 示波器以及 TDS3BATB 鋰電池的顧客就從 TDS3000 和 TDS3000B 示波器中拆除 TDS3BATB 電池發出了產品安全通知。TDS3000B 示波器在沒有 TDS3BATB 電池的情況下操作是安全的。

最新的產品和聯絡資訊可查詢以下網站：<http://www.tek.com/service/safety/>

제품 안전 공지

Tektronix는 TDS3BATB 리튬 이온 배터리가 들어 있는 TDS3000 및 TDS3000B 오실로스코프를 사용하고 있는 고객에게 제품 안전 공지를 전달해, 모든 TDS3000 및 TDS3000B 오실로스코프에서 TDS3BATB 배터리를 제거 하도록 했습니다. TDS3000B 오실로스코프는 TDS3BATB 배터리 없이 사용 해야 안전합니다.

다음 웹 사이트에서 업데이트된 제품 및 연락처 정보를 확인하십시오.
<http://www.tek.com/service/safety/>

Уведомление о безопасности прибора

Корпорация Tektronix выпустила уведомление о безопасности прибора для покупателей осциллографов TDS3000 и TDS3000B и литиево-ионных батарей TDS3BATB с рекомендацией извлечь батареи TDS3BATB из всех осциллографов TDS3000 и TDS3000B. Осциллограф TDS3000B безопасен, если он работает без батареи TDS3BATB.

Обновленные сведения о приборе и контактную информацию можно найти на веб-узле: <http://www.tek.com/service/safety/>

Aviso de seguridad del producto

Tektronix ha enviado un Aviso de seguridad a los clientes que disponen de osciloscopios TDS3000 y TDS3000B con baterías de íon de litio TDS3BATB para que las eliminen de dichos osciloscopios. El osciloscopio TDS3000B es seguro cuando funciona sin la batería TDS3BATB.

El siguiente sitio Web contiene información actualizada de contacto y del producto: <http://www.tek.com/service/safety/>